

Preciset RF



LOT 676952

2007-03



**IMPORTANT NOTICE
WICHTIGER HINWEIS
REMARQUE IMPORTANTE
NOTA IMPORTANTE
NOTA IMPORTANTE
NOTA IMPORTANTE**

**VIKTIG ANMÄRKNING
VIGTIGT
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
DŮLEŽITÉ UPOZORNENIE
WAŻNE INFORMACJE
FONTOS MEGJEGYZÉS
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

12172828 322

Please refer to the new assigned values:

Bitte beachten Sie die neu ermittelten Sollwerte:

Veuillez tenir compte des nouvelles valeurs théoriques:

Observe los nuevos valores teóricos:

Si prega di prendere in considerazione i nuovi valori teorici:

Consulte os novos valores atribuídos:

Vänligen beakta de nya åsatta värdena:

Se de nye angivne værdier:

Věnujte pozornost novým určeným hodnotám:

Prosím použite novo definované hodnoty:

Należy odnieść się do nowo wyznaczonych wartości:

Nézzze meg az új vonatkozó értékeket:

Ανατρέξτε στις νέες καθορισμένες τιμές.

Preciset RF	RF for Hitachi	Preciset RF	RF for COBAS INTEGRA
Bottle Flasche Flacon Frasco Flacone Frasco Flaska Flaske Nádobka Fľaška Butelka Flakon Φιαλίδιο	Value Wert Valeur Valor Valore Valor Värde Værdi Hornota Hodnota Wartość Érték Τιμή	Bottle Flasche Flacon Frasco Flacone Frasco Flaska Flaske Nádobka Fľaška Butelka Flakon Φιαλίδιο	Value Wert Valeur Valor Valore Valor Värde Værdi Hornota Hodnota Wartość Érték Τιμή
	IU/mL		IU/mL
1	9.2	1	9.5
2	18.0	2	17.6
3	37.4	3	36.9
4	77.8	4	76.9
5	119	5	116

©2006 Roche Diagnostics.



Roche Diagnostics GmbH, D-68298 Mannheim
USA: Roche Diagnostics, Indianapolis, IN
US Customer Technical Support 1-800-428-2336



RF Control Set



LOT 675761

2007-02



**IMPORTANT NOTICE
WICHTIGER HINWEIS
REMARQUE IMPORTANTE
NOTA IMPORTANTE
NOTA IMPORTANTE
NOTA IMPORTANTE**

**VIKTIG ANMÄRKNING
VIGTIGT
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
DŮLEŽITÉ UPOZORNENIE
WAŻNE INFORMACJE
FONTOS MEGJEGYZÉS
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

3005496

Please refer to the new assigned values:
Bitte beachten Sie die neu ermittelten Sollwerte:
Veuillez tenir compte des nouvelles valeurs théoriques:
Observe los nuevos valores teóricos:
Si prega di prendere in considerazione i nuovi valori teorici:
Consulte os novos valores atribuídos:

Vänligen beakta de nya åsatta värdena:
Se de nye angivne værdier:
Věnujte pozornost novým určeným hodnotám:
Prosím použite novo definované hodnoty:
Należy odnieść się do nowo wyznaczonych wartości:
Nézzze meg az új vonatkozó értékeket:
Ανατρέξτε στις νέες καθορισμένες τιμές:

Preciset RF	RF
Bottle Flasche Flacon Frasco Flacone Frasco Flaska Flaske Nádobka Fľaška Butelka Flakon Φιαλίδιο	Value / Range Wert / Bereich Valeur / Intervalle Valor / Intervalo Valore / Intervallo Valor / Intervalo Värde / Område Værdi / Område Hornota / Rozmezí Hodnota / Rozsah Wartość / Zakres Érték / Tartomány Τιμή / Εύρος
	IU/mL
Level I	18.5 (14.9 – 22.1)
Level II	49.5 (42.0 – 57.0)

©2006 Roche Diagnostics.

Roche Diagnostics GmbH, D-68298 Mannheim
USA: Roche Diagnostics, Indianapolis, IN
US Customer Technical Support 1-800-428-2336

